

भारत सरकार Govt. of India  
केन्द्रीय जल आयोग Central Water Commission  
अधिकांशी अभियंता कार्यालय Office of the Executive Engineer  
उपरी गोदावरी मंडल Upper Godavari Division

कृष्णा -गोदावरी भवन, /Krishna Godavari Bhavan  
म.सं. 11-4-648, तीसरी मंजिल, / 11-4-648, III Floor  
ए सी गार्ड्स, हैदराबाद-4/A.C. Guards, Hyderabad

No. UGD/JE-HQs/T-04/2019-20/ 1645-49

Date: 25.05.2019

**कोटेशन आमंत्रण सूचना / NOTICE INVITING QUOTATION**

भारत के राष्ट्रपति की ओर से साखदार कम्पनियों के उत्पादों के उत्पादकों तथा आपूर्तिकर्ताओं व पात्र आपूर्तिकर्ताओं (जो निम्नलिखित निबंधन व शर्त पूरी करने हों) मुहरबन्द कोटेशन निम्नलिखित सामानों के लिए आमंत्रित किए जाते हैं।  
For on behalf of the President of India, sealed quotations are invited for supply of the following items by the undersigned from authorized / reputed firms as per the specifications enclosed and with following terms and conditions:-

Sl.No.	Description of Items	Quantity
1	Supply of Bridge outfit	5 Nos

**नियम एवं शर्त / Terms & Conditions:-**

- हस्ताक्षरित व मुहरबन्द कोटेशन इस कार्यालय को दिनांक **07.06.2019** शायं **14.00** बजे या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए और उसी दिन शायं 15.00 बजे अधोहस्तक्षरी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आपूर्तिकर्ता या उनके प्रतिनिधि (जो उपस्थित रहना चाहें) की उपस्थिति में खोली जाएगी।  
The quotation along with brochure confirming to specifications duly signed should reach this office on or before **14.00** hours of **07.06.2019** and will be opened on the same day at 15:00 hours in the presence of supplier or their authorized representatives.
- दरों को अनुलग्नक 1 में उल्लिखित कार्यालयों पर सामग्रियों की आपूर्ति में होने वाले सभी प्रकार के प्रभार, जैसे पैकिंग, काराया, बीमा (यदि कोई हो) को सम्मिलित करने हुए कोट की जानी चाहिए।  
The rates should be quoted F.O.R. destination inclusive of packing, forwarding, freight, insurance, if any at the offices as mentioned in the Annexure 1.
- कोटेशन मुहरबन्द लिफाफे में रखी जानी चाहिए तथा लिफाफे पर "ब्रिज आउटफिट की आपूर्ति के लिए कोटेशन" लिखा होना चाहिए।  
The sealed quotation cover should be super scribed with the words "Quotation for Supply of bridge Outfit"
- भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्तक्षरी न्यूनतम या किसी अन्य कोटेशन स्वीकार करने के लिए अपने आपको आबद्ध नहीं करते हैं और प्राप्त सभी कोटेशन या किसी या किसी भी कोटेशन को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।  
On behalf of the President of India, undersigned reserves the right to reject any or all the quotations and to alter the quantity without assigning any reasons thereof.
- उल्लेख किया गया कार्य / शर्तों की मात्रा कार्यादेश / पूर्ति आदेश के समय घट अथवा बढ़ सकती है ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता कथित दरपर निष्पादन हेतु बाध्य होगा।  
The quantity will be decreased / increased at the time of supply order for which the agency should bind to supply material.
- कोटेशन के रेट **90** दिनों के तक बाध्य होंगे।  
The rates shall be valid for **90** days minimum from the date of opening of the quotation.
- पूर्ति आदेश जारी होने के **30** दिनों में पूर्ति करना चाहिए।  
The materials should be supplied within **30 days** from the date of issue of supply order.
- पूर्ति किया गया सामान दोष रहित व विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए अन्यथा पूर्ति अस्वीकृत कर दी जाएगी तथा पूर्तिकर्ता स्वयं के खर्च से विनिर्दिष्ट सामान उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

The materials should be as per standard and free from defect and if found not suitable the same shall be asked for replacement at the cost and risk of supplier.

- 9 दरों का उल्लेख शब्द तथा अंक दोनों में किया जाना होगा ।

Rates should be mentioned both in word and figures.

- 10 भुगतान PFMS के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा ।

Payment will be made online through PFMS

- 11 पूर्ति हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कोड व विनिर्देश तथा अन्य संबंधित कोड पूर्ति कार्य निष्पादन बाध्य होगा।

Any other rules of CPWD codes and its amendment as applicable will be binding on the successful bidder.

- 12 सभी काट व अधिलेखन हस्ताक्षरित होनी चाहिए ।

All the corrections and over writings should be duly attested.

- 13 आयकर और लागू दरों से GST पर टीडीएस भुगतान की समय पर बिल से काट लिया जाएगा। इसलिए, पैन् और GST पंजीकरण / GST नंबर की प्रतियां कोटेशन के साथ संलग्न करना है, पेसा न करने से कोटेशन अस्वीकार किया जाएगा।

TDS on income tax as per latest govt. orders and GST @ applicable rate will be deducted from the bill at the time of payment. Therefore, the copies of the PAN and GST registration/GST No. shall be enclosed along with the quotation, failing which the quotation will be rejected.

- 14 कोटेशन के दरे सभी करों व उपकरों से युक्त होना चाहिए तथा इस प्रकार की किसी भी मद हेतु अलग से कोई भी दाना स्वीकार्य नहीं होगा।

The rates quoted should include all the taxes and surcharges. No other claims will be entertained in this regard.

- 15 कोटेशन के मामले किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रेरण पूर्णतया निषिद्ध है ।

Canvassing whether directly or indirectly is strictly prohibited.

- 16 पूर्ति के लिए निर्धारित समय महत्वपूर्ण होगा तथा समय-वृद्धि केवल संतोष जनक व अपरिहार्य में दिया जायेगा ।


Time allowed for completion will be essence of quotation. Extension of time will be allowed only after submission of sufficient.

- 17 सभी सामाग्री पर 1 (एक) वर्ष की वारन्टी होगा

**All the materials shall have 1 (One) year warrantee.**

- 18 फोरफामेन्स गारंटी, कुल मूल्य क 5% दर से बिल से कटौती की जाएगी और इसे वारंटी अवधि के सफल समापन के बाद वापस किया जाएगा ।

**Performance guarantee at 5% of the total value will be deducted from the bill and the same will be returned after successful completion of warrantee period.**



अधिशायी अभियंता (Executive Engineer)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से (For and on behalf of President of India)

**Copy to:**

1. The Superintending Engineer, Godavari Circle, CWC, Hyderabad with a request to upload in CPPPortal please.
2. The Sub Divisional Engineer, MSD/ PSD, Nizamabad/Nanded for information and wide circulation please (through email)
3. Accounts Branch, UGD, CWC, Hyderabad
4. Notice Board/CWC Website

### Annexure 1

#### Schedule of Quantities

Sl.No	Particulars	Qty
1.	Bridge outfit	05 Nos
The material is to be supplied at the Place of supply as mentioned below		

#### Place of Supply

SL.No	Name of the material	Unit	MSD Nizamabad	PSD Nanded
1.	Bridge outfit	Nos	02	03

**MSD Nizamabad :** O/o Sub Divisional Engineer, Manjira Sub Division,  
H.No: 6-1-97/6A ,Opp E Seva, Kaneshwar, Nizamabad 503002 Telangana State

**PSD Nanded:** O/o Sub Divisional Engineer, Purna Sub Division, H.No 1-11-  
1145, Taroda Naka, Bhagirathi Nagar Colony, Nanded-431605 Maharashtra

**Annexure 2**  
**Price Bid Performa**

Sl.No	Name of the material	Qty	Rate	Amount inclusive of all tax and transportation
1.	Bridge outfit as per IS 6064-197	05 Nos		

**(Total Amount in words**

**only)**

1. The price quoted is confirmed for Specifications as per the Annexure 3
2. I agree that I will transport the materials at the given address as per the rate quoted in Price bid and at the address given.

**Signature with Rubber Stamp**

Note:

- The suppliers may quote their rates for one item or for all items.
- The Rate should be quoted in above given format. The Rates should be F.O.R. destination at addresses given in Annexure-2 and inclusive of all taxes GST /Transport charges/ Insurance / Etc.



## **Annexure 3**

### **Specifications and allied Technical**

Details Specifications of the equipment to be supplied under this contract are as under:

#### **(1) Steel Bridge Outfit**

##### **Purpose**

The bridge outfit is used to suspend current meters and samplers from a bridge into a river or canal.

##### **Conditions & Requirements**

- The bridge outfit shall be of such a design that it operates reliably and safely under the prevailing environmental conditions.
- The bridge outfit shall be easy to operate and maintain.
- The bridge outfit shall be supplied with the accessories as needed for effective deployment.
- All materials on the bridge outfit exterior shall be non-corrosive.
- The bridge outfit shall have an expected technical lifetime of not less than 10 years.
- The equipment shall consist of a crane and a winch arrangement.
- The current meter shall be lowered by a hand driven winch.
- The bridge outfit shall be provided with a clamping facility to hold the cable at any desired position.
- While hoisting the current meter the cable shall be wound gradually guided from the one drum end to the other and vice versa, to lay the windings tidily next to each other.
- The winch system shall have a re-settable depth counter.
- The winch and its attachments such as crank, brake, ratchet/catch shall be assembled in a compact unit.
- This assembly shall be mounted on a moving crane.
- The crane trolley shall have 4 wheels with solid rubber tyres for easy movement.
- During operation of the current meter, the crane trolley shall stand on pedestals.
- A counter weight for the crane shall be included in the delivery. It should be sufficient to keep the crane from keeling over.
- The cable from which the current meter is suspended shall have an incorporated insulated electrical conductor. The conductor connects the flow sensor revolution sensor switch to the pulse counter. The electrical connection should pass through a slip-ring assembly on the winch.
- If a propeller type flow meter is used then the suspension cable shall be torque free.
- The crane shall have a wire angle indicator.
- The equipment shall generally comply with IS 6064-1971.

## Specifications

<b>Material</b>	<b>Steel</b> as per IS 6064-1971
<b>Mass of current meter</b>	up to 100 kg
<b>Maximum load</b>	2,500 Newtons
<b>Cable length</b>	max. 50 m
<b>Cable torque</b>	free suspension cable

The suspension cable should not exert any torque that may adversely affect the alignment of the flow sensor into the direction of flow. In particular in case a heavy suspension weight is used, there is a risk of cable induced torque.

<b>Flow velocity</b>	max. 5 m/s
<b>Boom Length</b>	<b>1.1m</b>
<b>Boom Height</b>	<b>1.2m</b>